

Suwałki 01.09.2010r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – OT 332-03-P-10 – dostawa sprzętu medycznego

W toku postępowania przetargowego nr OT 332-03-P-10 na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, otrzymaliśmy n/w pytania dotyczące konfiguracji sprzętu medycznego, które przesyłamy wraz z odpowiedziami:

Pakiet 1 – dostawa respiratorów

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy posiadający możliwość podawania wyłącznie 100% tlenu oraz nie posiadającego alarmów rozłączenia, nieszczelności układu pacjenta lub wzroście ciśnienia w drogach oddechowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i informuje, że respirator ma posiadać możliwość podawania 60% lub 100% tlenu w mieszance oddechowej, ponadto Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w zasilany z baterii system alarmów, który kontroluje zmiany ciśnienia wywołane rozłączeniem, nieszczelnością układu pacjenta, spadkiem ciśnienia zasilania, blokadą dróg oddechowych, utratą objętości wentylacji spowodowaną otwarciem zastawki ciśnieniowej.

Dyrektor
WSPR SP ZOZ
Adam Szałanda