

Suwałki 01.09.2010r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – OT 332-03-P-10 – dostawa sprzętu medycznego

W toku postępowania przetargowego nr OT 332-03-P-10 na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, otrzymaliśmy n/w pytania dotyczące konfiguracji sprzętu medycznego, które przesyłamy wraz z odpowiedziami:

Dotyczy: Pakiet nr 3 pompy infuzyjne:

Dot. pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową, posiadającą uchwyt do montażu i transportu, bez konieczności wykazywania zgodności z normą PN EN 1789?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ-zał.1/3 pkt.8, który mówi, że - pompa ma posiadać uchwyt do montażu i bezpiecznego transportu w ambulansie zgodny z normą PN EN 1789.

Dyrektor
WSPR SP ZOZ
Adam Szałanda