

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – OT 332-03-P-10 – dostawa sprzętu medycznego

W toku postępowania przetargowego nr OT 332-03-P-10 na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, otrzymaliśmy n/w pytania dotyczące konfiguracji sprzętu medycznego, które przesyłamy wraz z odpowiedziami:

Pakiet nr 1: Respirator transportowy

1.Ad pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny respirator transportowy z zastawką PEEP umożliwiającą wentylację czynną 45 i 100% tlenu (zamiast 60 i 100)? Uzyskanie 45% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia tlenu (3-krotne wydłużenie czasu pracy z butli tlenowej) i minimalizuje toksyczne działanie tlenu podczas długotrwałego transportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ zał.nr 1/1 pkt.2 i informuje, że respirator ma posiadać możliwość podawania 60% lub 100% tlenu w mieszance oddechowej.

2. Ad pkt 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny respirator transportowy z manometrem stale kontrolującym ciśnienie w układzie oddechowym i układem alarmów wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych i niskiego poziomu ciśnienia zasilania bez sygnalizacji rozłączenia i nieszczelności układu pacjenta?

Odpowiedź: W odpowiedzi na wcześniejsze zapytania uczestników postępowania, Zamawiający już odpowiedział na te pytanie 01.09.2010r. na stronie www.wrotapodlasia.pl „Zamawiający wymaga by aparat był wyposażony w zasilany z baterii system alarmów, który kontroluje zmiany ciśnienia wywołane rozłączeniem, nieszczelnością układu pacjenta, spadkiem ciśnienia zasilania, blokadą dróg oddechowych, utratą objętości wentylacji spowodowaną otwarciem zastawki ciśnieniowej”.

3.Ad pkt 6: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny respirator transportowy z zastawką bezpieczeństwa z akustyczną sygnalizacją otwarcia na poziomie 40cm H₂O zamiast 60cm H₂O?

Odpowiedź: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w zastawkę ograniczającą ciśnienie w drogach oddechowych do 60cm H₂O z akustyczną sygnalizacją otwarcia.

4. Ad pkt 7: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny respirator transportowy o wadze 2,9kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator o wadze do 2,00 kg

Pakiet nr 4: Krzeselko transportowe

5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu krzeselko transportowe o szerokości 48,25cm? Stanowi to minimalną różnicę w stosunku do wymaganych 50cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści krzeselko o szerokości 48,25cm.

6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu krzeselko transportowe z 4 kółkami: dwa duże tylne, nieposiadające osi wspólnej i dwa obrotowe przednie, ze średnicą koła tylnego 10cm zamiast oczekiwanych 15cm?

Odpowiedź: W celu zwiększenia konkurencyjności sprzętu Zamawiający dopuści krzeselko z 4 kółkami, przy czym dwa duże tylne o średnicy nie mniejszej jak 12,00cm i dwa przednie o średnicy nie mniejszej jak 10,00cm.

7. Czy Zamawiający przez funkcję opuszczenia do dołu rączek tylnych ma na myśli złożenie rączek, aby nie wystawały one poza obrys konstrukcji krzeselka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ zał. 1/4 pkt.1 i informuje, że rączki tylne muszą być składane do dołu aby w pewnych warunkach ułatwić transport pacjenta. Funkcja opuszczania rączek do dołu dopuszcza wystawanie rączek po złożeniu poza konstrukcję krzeselka wyłącznie o średnicę rączki jednak rączki nie mogą wystawać za obrys krzeselka (obrys jest to linia poprowadzona od zewnętrznej części tylnego koła do górnej zewnętrznej części oparcia).

8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu krzeselko transportowe posiadające zamiast 2 par rączek tylnych drążek z o pięciu pozycjach regulacji wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ zał. 1/4 pkt.1 i informuje, że krzeselko ma posiadać dwie pary rączek składanych do dołu. Jest to konstrukcja prosta, trwała wygodniejsza w eksploatacji i łatwiejsza w naprawach.

9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu krzeselko transportowe z wydłużanymi rączkami przednimi o długości 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do przetargu krzeselko transportowe z wydłużanymi rączkami przednimi o długości 30cm.

Dyrektor
WSPR SP ZOZ
Adam Szałanda