

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017r.

.....
Miejscowość, data

.....
.....
.....
.....
Nazwa, adres Oferenta

GREENVIT Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów
Dane zamawiającego

OFERTA

**na sprzedaż, dostawę i montaż aparatury laboratoryjnej: EKSTRAKTORA (REAKTORA)
15L, POMPY OBIEGOWEJ ORAZ KOLUMNY CHROMATOGRFICZNEJ PREPARATYWNEJ,**

w związku z realizacją projektu nr : RPPD.01.02.01-20-0015/16

pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym”

przez GREENVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa Dostawcy _____

Siedziba Dostawcy:

kod, miejscowość: _____

województwo, powiat _____

ulica, nr domu, nr lokalu: _____

REGON _____ NIP _____

Tel _____ e-mail: _____

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017r. firmy *GREENVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* składamy ofertę na sprzedaż, dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego:

Lp.	Przedmiot oferty*	Cena netto za 1 kpl.	Ilość	Wartość netto	Zużycie energii - moc elektryczna urządzeń w [W]
1.	EKSTRAKTOR (REAKTOR) 15 L Nazwa: _____, Model: _____, Producent: _____. Dane techniczne wg specyfikacji: BUDOWA EKSTRAKTORA: 1. CZĘŚĆ SZKLANA ekstraktora wykonana z następujących elementów: - Zbiornik duplikator o pojemności roboczej 15 l, - Pokrywa szklana wypukła wyposażona w króćce technologiczne: Ø DN100KZA- 1 szt. Ø DN100PZ – 1 szt. Ø DN40PZ- 1 szt. Ø DN25KZA- 3 szt. - Kolanko 45, DN100 KZB/PZ, - Głowica destylacyjna z zaworem,, - Kolumna szklana DN100, L500, z pierścieniami Raschiga 8x8x1 - Chłodnica zwrotna , F=0,6m² - Redukcja DN100 PZ / DN50 KZB, - Orurowanie szklane, - Końcówki węzowe DN25 KZB / oliwka fi 22 – 8szt, - Zawór spustowy szklano-teflonowy , - Zawór odpowietrzający; 2. STELAŻ ekstraktora Wykonany z rur typu AISI304, fi32x1,5 , łączników żeliwnych cynkowanych , ramy montażowej pod zbiornik. Konstrukcja stelaża powinna zapewniać możliwość łatwego rozłączenia zbiornika duplikatora ekstraktora od kolumny z chłodnicą poprzez jego wysuwanie do przodu i wyjmowanie lub wkładanie KOSZA ekstraktora. Stelaż powinien zostać wyposażony w półkę do ustawienia TERMOSTATUCYRKULACYJNEGO. 3. KOSZ metalowy ekstraktora Wykonany z blachy typu AISI316, perforowanej otworami fi 2mm, powierzchnia wolna minimum 60 %. Kosz o kształcie cylindrycznym posiadający kołnierz do podwieszania go na kołnierzu DN300 zbiornika szklanego ekstraktora. 4. ZŁĄCZA kołnierzowe DN300, DN100, DN40, DN25.		1 kpl.		

	5. USZCZELNIENIA - uszczelki profilowe wykonane z PTFE, ilości odpowiednie do złącz kołnierzowych. 6. TERMOSTAT cyrkulacyjny: - Moc grzałki min. 2200 W, zasilanie jednofazowe, łożnia o pojemności ok. 7,5 l. - Ilość cieczy w obiegu grzewczym ok. 16 l, w tym ok. 7,5 l w łożni, ok. 7,5 l w płaszczu szklanym reaktora ekstraktora, ok. 1 l w węzłach podających. - Ciecz termostatuująca o odporności termicznej co najmniej 150 °C. 7. Możliwość podłączenia pompy obiegowej do cyrkulacji ekstraktu. Węże oraz złączki niezbędne do przyłączenia pompy obiegowej i termostatu cyrkulacyjnego. 8. KONTROLA temperatury w naczyniu szklanym ekstraktora i w głowicy destylacyjnej – czujniki typu Pt100 umieszczone w kieszeniach szklanych z wyświetlaczami. Gwarancja min. 24 miesiące;				
2.	POMPA OBIEGOWA Nazwa: _____, Model: _____, Producent: _____. Dane techniczne wg specyfikacji: - Zasilanie silnika elektrycznego - min. 0.18 kW - silnik 1-fazowy - Maks. wydajność - 3 m³/h (+/-5%) - Korpus - PVDF - Maks. wysokość tłoczenia - min. 10 m CE - Maks. temp. Medium - min. 110°C - Uszczelnienie - FPM - Gęstość roztworu < 1.4 Gwarancja min. 24 miesiące;		1 kpl.		
3	KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA PREPARATYWNA Nazwa: _____, Model: _____, Producent: _____. Dane techniczne wg specyfikacji: - Kolumna chromatograficzna o objętości złoża regulowanej co najmniej w zakresie 12-22 l; - Kolumna zamocowana na metalowej podstawie na kółkach; - Tubus kolumny ze szkła borokrzemowego; - 2 plastikowe kołnierze (górny i dolny) połączone są za pomocą prętów zbudowanych ze stali nierdzewnej. - Maksymalna wysokość złoża w granicach 800-900 mm; - Podstawa kolumny i tłok wyposażone w		1 kpl.		

polietylenowe „fryty” o porowatości 20-80µm; - Uszczelki wykonane z EPDM; - Elementy stalowe mające kontakt z roztworem wykonane ze stali AISI316; - W zestawie wszystkie niezbędne złączki i węże umożliwiające podłączenie pompy i detektora oraz niezbędne zaślepki. <u>Kolumna wyposażona w osprzęt:</u> Detektor DAD; UV-VIS: - Wyposażony w lampę deuterową i wolframową; - Zakres długości fali co najmniej 200-800 nm ; - Dwie wymienne cele przepływowe – jedna do przepływów poniżej 500 ml/min, druga co najmniej 3l/min; - Możliwość rejestracji chromatogramów przy 4 długościach fali równocześnie, jak również pomiaru on-line widma w całym zakresie długości fali; - Możliwość podłączenia komputera; - w zestawie oprogramowanie umożliwiające rejestrację chromatogramów oraz widm; - Pompa perystaltyczna o regulowanym przepływie, co najmniej w zakresie 0,1-3,5 l/min; - Wykonanie dokumentacji kolumny; przeprowadzenie prób u użytkownika; Gwarancja min. 24 miesiące;				
RAZEM				

*Szczegółowa specyfikacja oferowanej aparatury laboratoryjnej stanowi załącznik do oferty.

Wartość netto: _____ PLN/EUR/USD** (słownie) _____

Wartość brutto (z podatkiem VAT): _____ PLN/EUR/USD** (słownie) _____

Termin realizacji dostawy i montażu: _____ tygodni, nie później niż do 31.12.2017r.

Warunki płatności: _____

** niewłaściwe skreślić

Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **60 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, dopuszczamy możliwość wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

2. Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia:

Przedmiot dostawy	Odbiorca	Termin realizacji	Wartość netto dostawy
-------------------	----------	-------------------	-----------------------

3. Oświadczam, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z procedury wyłonienia dostawcy za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.
4. Oświadczamy, iż upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.
5. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są*:

tel. kontaktowy/faks _____

e-mail: _____

* Niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczętki uprawnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) firmy Oferenta)

Załączniki do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; (jeśli dotyczy);
3. Sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe lub dokumenty o charakterze równoważnym do wymienionych lub zaświadczenia z ZUS i US o niezleganiu nie starsze niż 3 miesiące (niewłaściwe skreślić);
4. **Szczegółowa specyfikacja oferowanej aparatury laboratoryjnej;**
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
6. Inne dokumenty: _____ (należy wymienić jeśli dotyczy);

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

.....
(podpisy i pieczętki uprawnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) firmy Oferenta)