

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – OT 332-03-P-10 – dostawa sprzętu medycznego

W toku postępowania przetargowego nr OT 332-03-P-10 na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, otrzymaliśmy n/w pytania dotyczące konfiguracji sprzętu medycznego, które przesyłamy wraz z odpowiedziami:

Dot. Pakiet 4- krzeselko transportowe

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego nowego parametru- wielkość kółek przednich (w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 02.09.2010r.) prosimy udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące w/w parametru.

1. Czy Zamawiający popuści do zaoferowania krzeselko transportowe którego kółka przednie mają wielkość 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia krzeselka w kółka przednie o średnicy min.10cm i kółka tył o średnicy min.12 cm

Dyrektor
WSPR SP ZOZ
Adam Szałanda