

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ Suwałki
ul. Mickiewicza 11

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych

1. **Zamawiający:** Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
 ul. Mickiewicza 11 16-400 Suwałki
<http://www.wrotapodlasia.pl/>
 e-mail: wsprsuwalki@wp.pl
 tel. 0-87 5662268, 0-87 5664493,
 fax. 0-87 5631872

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 14:00

Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

Na tablicy ogłoszeń WSPR

Na stronie internetowej: <http://www.wrotapodlasia.pl/>

Na stronie internetowej: UZP

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

3. Przedmiot zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów n/w.

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego Kod CPV : 33.10.00.00-1 dla WSPR SP ZOZ Suwałki według n/w zadań:

Pakiet nr 1 dostawa:

Respiratorów	CPV 33.15.74.00-9	szt. 2
--------------	-------------------	--------

Pakiet nr 2 dostawa:

Ssaków mechanicznych	CPV 33.19.00.00-8	szt. 2
----------------------	-------------------	--------

Pakiet nr 3 dostawa:

Pomp infuzyjnych	CPV 33.19.41.10-0	szt. 2
------------------	-------------------	--------

Pakiet nr 4 dostawa:

Krzesłek transportowych	CPV 33.19.30.00-9	szt. 2
-------------------------	-------------------	--------

Pakiet nr 5 dostawa:

Noszy zbierakowe	CPV 33.19.21.60-1	szt. 2
------------------	-------------------	--------

Pakiet nr 6 dostawa:

Defibrylatorów

CPV 33.18.21.00-0

szt. 2

Szczegółowy opis techniczny sprzętu medycznego zawarty jest w załączniku nr 1/1 ... 6 SIWZ.

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia:

- a) katalogi i foldery producenta (w języku polskim) przedstawiające opis oferowanego sprzętu
- b) deklaracje zgodności wystawione przez producentów lub certyfikaty zgodności wystawione przez jednostkę certyfikującą potwierdzające, że n/w przedmioty odpowiadają Polskim normom lub są wpisane do rejestru wyrobów medycznych

3. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dla oferowanego sprzętu na terenie Polski.

4. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1.2) Akceptują 30 dniowy termin płatności.

5.1.3) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregośkolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.1.4) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

5.1.5) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- oświadczenia i formularze (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ),
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

a) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieszczając taką informację na stronie internetowej WWW.wrotapodlasia.pl Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 16-400 Suwałki lub tel. fax 0-87 – p - 566 22 68 e-mail: wsprsuwalki@wp.pl Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

b) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Kierownik działu obsługi technicznej**Jan Rapczyński****tel.0(87)5662268****fax. fax.0-875631872**e-mail. wsprsuwalki@wp.pl

c) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

f) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

8. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

9. Opis sposobu przygotowania oferty**A. Przygotowanie oferty**

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzyistym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie

zamawiającego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
ul. Mickiewicza 11 Suwałki w sekretariacie WSPR

Opakowania (zewnątrzne i wewnętrzne) zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 11**

oraz oznakowane następująco:

Opakowanie zewnętrzne oznakowane następująco: **Przetarg na dostawę sprzętu medycznego**

Opakowanie wewnętrzne oznakowane następująco: **Przetarg na dostawę sprzętu medycznego** oraz dodatkowo należy umieścić adres oferenta.

10. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

a) Oferty należy składać do dnia 2010-09-10 do godz. 08:00 w siedzibie zamawiającego, w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
ul. Mickiewicza 11 16-400 Suwałki

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2010-09-10 o godz. 08:10 w: siedzibie zamawiającego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
ul. Mickiewicza 11 Suwałki

w pokoju Działu obsługi technicznej – budynek B

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaze zebrany wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

12. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

13. Kryteria oceny oferty

- a. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 - 3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 - 4 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
- b. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,
- c. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
- d. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w poniższym wykazie:

CENA - waga tego kryterium wynosi 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:

$$P_{\text{oferty}} = \text{cena min} / \text{cena}$$

oferty $\text{Oferty} \times 100 \times \text{waga kryterium}$

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

14. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- a) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- b) W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
- c) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, oraz zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

- d) Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru.
- e) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
- f) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, za wyjątkiem sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 SIWZ

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- 1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art.93 ustawy PZP
- 2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Środki ochrony prawnej Prawo zamówień publicznych

18. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy pakiet jest oddzielnym zadaniem i oferent zobowiązany jest do składania formularza ofertowego na każde zadanie oddzielnie.

19. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

20. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających

21. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

22. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.

- 1. Adres poczty elektronicznej: e-mail: wsprsuwalki@wp.pl
- 2. Adres strony internetowej: <http://www.wrotapodlasia.pl/>

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

24. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej,

25. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

26. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: <http://www.wrotapodlasia.pl/>

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

27. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania .

2.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

28. Finansowanie projektu

Zakup sprzętu realizowany jest w ramach projektu „Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego,, jest wdrażany w ramach: Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju

obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

29. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia*
- Zał. nr 2 Formularz ofertowy*
- Zał. nr 3 Oświadczenie*
- Zał. nr 4 Oświadczenie*
- Zał. nr 5 Wzór umowy realizacji zamówienia*

*Sporządził:
Jan Rapczyński*

*Zatwierdził:
Adam Szalanda*

Suwałki, 2010-08-25

OT 332-03-P-10

Załącznik nr 1/1

**Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
sprzętu medycznego
w zakresie pakietu nr 1**

Respirator transportowy - Ilość: szt. 2			
	Model urządzenia / producent / rok produkcji	Tak/nie	Opis
1	- transportowy z zasilaniem gazowym (również z przenośnego źródła tlenu)		
2	- z zastawką PEEP umożliwiającą wentylację czynną 60 i 100 % tlenu, bierną powietrzem atmosferycznym		
3	- aparat ma posiadać układ alarmów rozłączeniu, nieszczelności układu pacjenta lub wzroście ciśnienia w drogach oddechowych		
4	- z uchwytem do mocowania w karetce na szynie Modura		
5	- odporny na uszkodzenia mechaniczne		
6	- zastawkę bezpieczeństwa 60cm H ₂ O z akustyczną sygnalizacją otwarcia.		
7	- waga poniżej 1 kg		
8	- błyskawiczne i precyzyjne ustawianie objętości częstotliwości oddechu za pomocą jednego pokrętki - suwaka		
9	- deklaracja zgodności lub CE załączyć, instrukcja w języku polskim		

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.
miejsowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

OT 332-03-P-10

Załącznik nr1/2

**Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
sprzętu medycznego
w zakresie pakietu nr 2**

Ssak ręczno-nożny - Ilość: 2 szt.			
	Model urządzenia / producent / rok produkcji:	Tak/nie	Opis
1	Konstrukcja łatwo rozbieralna z pompą nie wymagającą konserwacji.		
2	Waga do 1,5 kg		
3	Zabezpieczenie przelewu za pomocą zaworu kulowego.		
4	Zakres temperatur pracy min. od -15°C do + 40°C		
5	Zakres temperatur przechowywania Min. od - 30°C do + 50°C		
6	Pojemnik na wydzielinę wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji		
7	Objętość pojemnika min. 350 ml,		
8	Pojedynczy cykl pracy pozwalający na odessanie min. 150 ml płynów,		
9	Dren ssaka pozwalający na dwustopniową pracę :		
10	Odsysanie śluzu, krwi		
11	Odsysanie lepkich i stałych części pokarmu bezpośrednio z gardła.		
12	- deklaracja zgodności lub CE załączyć - folder z dokładnymi parametrami technicznymi – załączyć		

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.

.....

OT 332-03-P-10

Załącznik nr

1/3

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – Ilość: 2 szt.			
Lp.	Model urządzenia / producent / rok produkcji:	Tak/nie	Opis
1	- przystosowana do polskich strzykawek od 10 ml do 50 ml		
2	- automatyczne rozpoznawanie strzykawki		
3	- tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych		
4	- tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych		
5	- wbudowana biblioteka leków		
6	- funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS,		
7	- wskaźnik ciśnienia infuzji		
8	- pompa ma posiadać uchwyt do montażu i bezpiecznego transportu w ambulansie zgodny z normą PN EN 1789		
9	- z wbudowanym akumulatorem, czas pracy przy przepływie około 100ml/h min 3,5 godziny ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora		
10	- zasilanie 230 V i 12 V z wtyczką do gniazda w ambulansie.		
11	- system alarmów (również akustycznych) dotyczących pustej strzykawki, rozładowanego akumulatora, końca infuzji, uszkodzenia pompy, okluzji		
12	- waga pompy maksimum 5kg		
13	- czas ładowania akumulatora maksimum 24 godziny		
14	- załączyć folder, deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych,		

**Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
sprzętu medycznego
w zakresie pakietu nr 3**

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.
miejsowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

OT 332-03-P-10

Załącznik nr 1/4

**Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
 sprzętu medycznego
 w zakresie pakietu nr 4**

Krzeselko transportowe Ilość: 2 szt.			
Lp.	Model urządzenia / producent / rok produkcji	Tak/nie	Opis
1	- wykonane z lekkich materiałów - nośność: min 150 kg - szerokość : min. 50 cm - 4 kółka - dwa duże tylne (min. $\varnothing$15 cm) nie posiadające osi wspólnej i dwa obrotowe przednie - hamulce na 2 kołach - 2 pary rączek tylnych, posiadających funkcję opuszczenia do dołu. - wydłużane rączki przednie o dł. min.40 cm - min.2 pasy bezpieczeństwa - podpórka pod stopy pacjenta - materiały z których wykonane jest krzesło są odporne na działanie środków dezynfekcyjnych		
2	- CE lub deklaracja zgodności – załączyć - folder z dokładnymi parametrami technicznymi - załączyć		

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.
miejsowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
sprzętu medycznego
w zakresie pakietu nr 5

NOSZE ZBIERAKOWE - Ilość: 2 szt.

Lp.	Model urządzenia / producent / rok produkcji	Tak/nie	
1	- wielostopniowa regulacja długości oraz możliwość złożenia do transportu, - konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia - wszystkie elementy zamka regulacji długości - metalowe - rozdzielane na dwie niezależne połówki pozwalające na wsunięcie łopat po pacjenta - min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy - dopuszczalne obciążenie min 159 kg - waga max. 10 kg. - nosze mogą być wykonane z aluminium lub z ABS.		
2	CE lub deklaracja zgodności – załączyć		

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.
miejscowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
sprzętu medycznego
w zakresie pakietu nr 6

Defibrylatory - Ilość: 2 szt.

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Tak/nie	Opis
	Zasilanie		
1.	baterijne/akumulatorowe i sieciowe		
2.	ilość akumulatorów (baterii) min 2		
3.	średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 2 godz.		
4.	ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 100		
5.	możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10%		
6.	możliwość wymiany wyładowanego akumulatora bez przerywania pracy z zasilania wewnętrznego lub z zasilacza wbudowanego i przy zasilaniu zewnętrznym		
	Funkcje / cechy		
7.	urządzenie przenośne		
8.	ciężar defibrylatora/monitora z pełnym wyposażeniem max. 10 kg		
	Monitorowanie funkcji życiowych : EKG		
9.	ilość kanałów ekg: min. 12 z analizą i interpretacją		
	Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP		
10.	zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg		
11.	tryb ręczny i automatyczny		
12.	metoda pomiaru : oscylometryczna		
	Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2		
13.	zakres pomiaru min. 1 -100%		
14.	czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec		
15.	metoda pomiaru : Masimo lub FAST SpO2		
	Defibrylacja		
16.	łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci		
17.	elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące		
18.	defibrylacja ręczna		
19.	defibrylacja półautomatyczna AED		
20.	zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J		
21.	ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 19		
22.	dwufazowa fala defibrylacji		
23.	kardiowersja		
	Stymulacja przezskórna serca		
24.	tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna		
25.	zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min.		
25.	zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -160 mA		
	Ekran		
26.	Ekran kolorowy TFT lub elektroluminescencyjny (EL)		

27.	przekątna ekranu min. 8 cali		
	Alarmy		
28.	alarmy wszystkich monitorowanych funkcji		
	Drukarka		
29.	szerokość papieru min. 70 mm		
30.	ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3		
31.	prędkość przesuwu papieru: 25 mm/sek i 50 mm/sek do wyboru		
	Inne wymagania		
32.	możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu, pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji		
33.	Możliwość transmisji diagnostycznych badań EKG i innych danych przez telefon komórkowy do stacji odbiorczych znajdujących się w pracowniach hemodynamicznych w Augustowie i Ełku		
34.	instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)		
35.	Certyfikowany wieszak do defibrylatora do montażu w ambulansie		

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w powyższej tabeli.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..... dnia , 2010 r.
miejscowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 (**)

Numer faksu: 0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ
 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 11
 tel. 0-87 5662268, 0-87 5664493,
 fax. 0-87 5631872
<http://www.wrotapodlasia.pl>
 E-mail; wsprsuwalki@wp.pl
 NIP 844-20-17-496

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się, stosownie do opisu przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego nr OT 332-03-P-10 do wykonania dostawyw zakresie pakietu nr..... zgodnie z warunkami SIWZ.

Cena dostawy wynosi:

Cena ofertowa nettozł
 (Słownie:.....
)

Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
 Cena ofertowa bruttozł
 (Słownie:.....)

Oświadczam, że :

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy
- Termin płatności: 30 dni .
- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 24 miesiące
- Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni
 - sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy.

6. Zamówienie wykonamy samodzielnie/z udziałem podwykonawców*. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców należy podać części zamówienia, których realizacja zostanie powierzona podwykonawcom.

7. Odbiór sprzętu medycznego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Zmiana miejsca może nastąpić jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

-
- zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, ponadto uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- Załącz. nr 1 Opis techniczny
Załącz. nr 3 Oświadczenie
Załącz. nr 4 Oświadczenie
Załącz. nr 5 Wzór umowy realizacji zamówienia

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*
- 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;*
- 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*

_____, dnia _____ 2010 r.

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy*

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____ 2010 r.

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy*

WZÓR UMOWY

Zawarta w Suwałkach w dniu
 pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ z siedzibą w Suwałkach, ul.
 Mickiewicza 11, wpisanym do KRS pod numerem 0000056864 NIP: 844-20-17-496 zwanym
 dalej Zamawiającym

którą reprezentuje:

Adam Szałanda – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w
 Suwałkach,

a

.....
 zamieszkałym/ z siedzibą w,ul.
 wpisanym/ą do KRS/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP:
 zwanym/ą dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
 o treści:

§ 1

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego Postępowania nr OT 332-03-P-10 oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiącym integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **dostawę w zakresie określonym w Pakiecie nr dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach**, którego opis zawarty jest w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przez Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z :
 - a) Warunkami określonymi w niniejszej umowie.
 - b) Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych.
 - c) Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.
 - d) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

§ 2

Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sprzęt

marka :
 typ,

model :

rok wykonania.....

ilość sztuk

§ 3

5. Dostawa sprzętu nastąpi do siedziby Zamawiającego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11, w nie przekraczalnym terminie **do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

§ 4

1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminem zrealizowania całości przedmiotu zamówienia zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 – za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wynikającej z zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu zamówienia do daty odebrania sprzętu przez Zamawiającego.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminu dostawy będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi : zł netto (słownie :) plus należny podatek VAT, tj.zł brutto (słownie :).

§ 6

Fakt zakończenia dostawy zostanie potwierdzony protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Strony umowy. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i przedłożenia faktury. Za dzień dokonania zapłaty uznana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 8

Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany sprzęt zgodnie z załączonymi kartami gwarancyjnymi, zobowiązując się do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnia się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 9

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu nie zależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
2. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wad, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr:.....) oraz potwierdzi faksem (nr:) lub pismem na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie 3 dni od daty jej wykrycia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie danych teleadresowych, W przypadku zaniechania dokonania aktualizacji, zgłoszenie dokonane na ostatni znany Zamawiającemu adres lub adres telefoniczny uważa się za dokonanie w dacie tego zgłoszenia.

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
 - a) zgodności z niniejszą umową,
 - b) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,
 - c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.
2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, stanowiące integralną część umowy. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Okres gwarancji wynosi:
 Bieg terminów wszystkich gwarancji rozpoczyna się w dacie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Pisemny dokument gwarancji Wykonawca doręczy Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy.
4. Jeżeli termin usunięcia awarii sprzętu, nie będzie dotrzymany Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczony od 8 dnia od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady przez Wykonawcę.
5. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 12

Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o Prawa Zamówień Publicznych.

§ 14

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający