



Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.

Białystok 20.12.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE- SPROSTOWANIE

Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup ultrasonografu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu pt.: „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt”

1. Zamawiający

Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski
ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B/10
15-687 Białystok

2. Nazwa inwestycji

Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z oprogramowaniem.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Aparat ultrasonograficzny:

- powinien umożliwiać wykonywanie badań ultrasonograficznych na najwyższym poziomie oraz spełniać wymagania minimalne przedstawione poniżej

Minimalne parametry:

- Konfiguracja: Jednostka główna zawierająca:
 - 19" cyfrowy monitor TFT LCD z wysokim kontrastem i rozdzielczością
 - Klawiatura do wpisywania i opisów chowana pod pulpit sterowania
 - 3 identyczne gniazda sond
 - napęd CD\DVD, twardy dysk, porty USB
 - waga aparatu, max. 80 kg





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.

-
- Quad Signal Processing i Parallel Signal Processing lub równoważny
 - jednostkę Dopplera pulsacyjnego z HPRF oraz jednostkę Dopplera kolorowego
 - Drugą Harmoniczną THI metodę typu Pulse Subtraction zapewniającą wysoką jakość obrazu, również na dużych głębokościach
 - Zintegrowaną stację roboczą, do archiwizacji danych
 - Pamięć obrazową dynamiczną zachowującą minimum 4095 obrazów
 - elektroniczne moduły skanowania typu convex, sektor, linearny z możliwością równoczesnego podłączenia trzech elektronicznych sond oraz sondy ołówkowej (opcja kardiologiczna) przełączalnych z klawiatury aparatu lub równoważne
 - funkcje typu PAM/ZOOM/EXPAND w czasie rzeczywistym i z zamrożonego obrazu, umożliwiające powiększanie dowolnego fragmentu obrazu.
 - Doppler kolorowy i spektralny: pulsacyjny
 - aplikacja typu triplex mode (obraz 2D, Doppler spektralny i Doppler kolorowy w czasie rzeczywistym) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/s
 - Wyjścia co najmniej: video SVHS, cyfrowe Digital DVI, Composit
 - Sondy:
 - Sonda typu convex, elektroniczna, min. 3,75 MHz, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: wybierane częstotliwości pracy min. 1,5 – 6,0 MHz B-mode/THI/DiffTHI do diagnostyki narządów jamy brzusznej, miednicy małej itp. , kąt widzenia min. 70°. Doppler pulsacyjny: czarno-biały i kolorowy, w tym Kolor (Power) Angio, minimalna ilość elementów w sondzie: 128
 - Sonda typu liniowa elektroniczna szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: wybierane częstotliwości pracy min. 3,5-14 MHz B-mode/THI/DiffTHI do badań małych narządów i przepływów naczyniowych; Doppler pulsacyjny: kolorowy, w tym: Kolor Angio (Power) oraz Doppler czarno-biały, długość sondy: min. 58 mm FOV, minimalna ilość elementów w sondzie: 192

Aparat musi spełniać kryterium innowacyjności tzn. został wprowadzony na rynek nie wcześniej niż przed 2 laty.





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.

2. Oprogramowanie:

- Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie typu compound imaging oferujące obrazowanie wielowiązkowe przy nadawaniu i odbiorze oraz wygładzanie obrazu typu „spackle reduktion”; dające możliwość osiągnięcia bardzo dużej rozróżnialności detali poprzez połączenie ze sobą dwóch technik dodawania częstotliwości oraz geometrycznego składania obrazu z wielu kątów, np. ApliPure Plus lub równoważne
- Oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację obrazu poprzez naciśnięcie jednego przycisku na klawiaturze, dające natychmiastową poprawę kontrastu i wzmocnienia obrazu B, np. Quickscan lub równoważne
- Oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną analizę obrazu poprawiającą wizualizację i rozróżnialność struktur, pozwalającą na zaawansowaną analizę wielowiązkową umożliwiającą zwiększenie rozdzielczości i kontrastu obrazowanych struktur, np. Precision Imaging lub równoważne

Oprogramowanie musi spełniać kryterium innowacyjności, tzn. powstało nie wcześniej niż przed 3 laty.

4. Warunki składania oferty:

- Oferta powinna zawierać minimum:

- 1) Nazwę i adres oferenta;
 - 2) Datę sporządzenia;
 - 3) Cenę całkowitą netto i brutto w PLN;
 - 4) Termin ważności oferty;
 - 5) Warunki i termin płatności;
 - 6) Czas realizacji;
 - 7) Okres i warunki gwarancji;
 - 8) Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty.
 - 9) Datę wprowadzenia na rynek poszczególnych elementów zapytania
 - 10) Oświadczenie wykonawcy, mówiące że zaoferowany aparat spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
-





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.

- Termin realizacji zamówienia: **pierwsze półrocze 2014 r.**

- Miejsce realizacji dostawy:

Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski

ul. Bema 2

15-369 Białystok

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena (100 %).

- Miejsce składania ofert

Drogą mailową na adres: rb10@interia.pl

lub

drogą pocztową lub osobiście na adres:

Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B/10

15-687 Białystok

Terminy związane z zapytaniem ofertowym:

Ostateczny termin składania ofert: 30.12.2013 r.

Termin porównania ofert: 31.12.2013 r.

Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy kierować do:

Radosław Bobrowski

tel. 505 047 262

e-mail: rb10@interia.pl

Dodatkowe informacje i wymagania

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na inne modele poszczególnych pozycji zapytania (jeżeli są wymienione) pod warunkiem, że charakteryzują się nie gorszymi parametrami niż modele wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

